



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazečům

V Brně dne 7.1.2014

Č.j.: VZ 21/2013

Věc: „VZ: Váhy OPVK“, dodatečné informace č. 1 – odpověď na dotazy uchazeče

Číslo veřejné zakázky: **VZ 21/2013**

Název: Váhy OPVK

Dotaz uchazeče:

Uchazeč podal dne 2.1.2014 v 13:25 na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele forejtkovas@vfu.cz (Mgr. Sabina Forejtková, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, Brno 612 42) – níže uvedený **dotaz**:

Dobrý den,

dovoluji si Vám touto cestou zaslat dodatečné dotazy k VZ 21/2013- Váhy OPVK.

1. Dotaz:

Je možné navrhnout změny ve vzoru smlouvy, aniž by byl tento návrh změny smlouvy důvodem k vyřazení uchazeče? Nebo je nutné akceptovat vzor smlouvy?

2. Dotaz:

Je možné překročit předpokládané ceny vah?

3. Dotaz:

Analytická váha I - V technických požadavcích je uvedena linearita $\pm 0,2$ mg, požaduje zadavatel tuto hodnotu u vah s interní kalibrací?

Linearitu $\pm 0,2$ mg můžeme nabídnout u vah s externí kalibrací.

U vah s interní kalibrací můžeme nabídnout Linearitu $\pm 0,3$ mg.

4. Dotaz:

Analytická váha II - V technických požadavcích je uvedena reprodukovatelnost $\pm 0,1$ mg, je možné nabídnout váhy s reprodukovatelností $\pm 0,2$ mg nebo zadavatel trvá na této hodnotě 0,1 mg?

Zadavatel podává tyto odpovědi:

Odpověď na dotaz č. 1:

Návrh smlouvy uchazeče musí obsahovat **pouze všechna ustanovení příslušného smluvního vzoru Kupní smlouvy č. 2390/xxxxx**, který tvoří jako nedílná součást část 7. ZD. Uchazeč pouze doplní do svého návrhu předmětné kupní smlouvy data a údaje, které jsou po něm vyžadovány.

Tento **návrh smlouvy musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.** Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu ZVZ a je proto právně neúčinný. **Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.** Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Návrh smlouvy rovněž musí mít připojeny všechny přílohy, na které návrh smlouvy odkazuje.

Dle výše uvedeného je tedy nutné akceptovat smluvní vzor.

Odpověď na dotaz č. 2:

Předpokládané ceny vah mohou být překročeny, přičemž nesmí být cena za 1 ks přístroje vyšší než 40 000 Kč vč. DPH.

Odpověď na dotaz č. 3:

U vah s interní kalibrací akceptujeme Linearitu $\pm 0,3\text{mg}$.

Odpověď na dotaz č. 4:

Je možno nabídnout váhy s reprodukovatelností $\pm 0,2\text{ mg}$.

Ostatní podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne 7.1.2014

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
děkan FVHE VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013