

Uchazečům

Č.j.: VZ 89/2014

Věc: Dodatečné informace č. 1

Číslo veřejné zakázky: VZ 89/2014

Název veřejné zakázky: „Laboratorní autokláv – CEITEC - II“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč zaslal dne 10.7.2014 v 11:02 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.vfu.cz/>) níže uvedený **dotaz**:

Dobrý den,

zasíláme dotaz, zda je možné nabídnout autokláv, který má systém automatického dávkování vody pro přípravu páry.

Tedy myšleno ne ruční dávkování.

Děkujeme za odpověď.

Zadavatel podává tuto odpověď:

Technicky není možné připojit autokláv k potrubí na destilovanou vodu ani k zásobníku destilované vody, tudíž požadujeme, tak jak je uvedeno v technické specifikaci, autokláv, který má –

"Zdroj páry - destilovaná voda naléváná do kotliny."

Ostatní podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně, dne: 11.7.2014

VFU Brno
Zastoupena prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.
Ředitelem CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno

: