

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
IČ: 62157124

V Brně dne 24. 7. 2014
Čj. VZ 79/2014

Dodatečné informace č. 1 na veřejnou zakázku

„Pavilon Farmacie II – inverzní mikroskop“

Dne 23. 7. 2014 byla doručena žádost o dodatečné informace pro zakázku „**Pavilon Farmacie II – inverzní mikroskop**“.

Zadavatel veřejné zakázky „**Pavilon Farmacie II – inverzní mikroskop**“, Vám oznamuje tyto dodatečné informace:

Dotaz: „V minimálních technických parametrech je požadavek na nutnost osazení LED osvětlením. Jelikož rozdíl mezi LED osvětlením, kdy je výrobcí slibovaná životnost až 50.000 hodin (což za normálního provozu mikroskopu 3 -5 hodin denně je cca. 28 let) a standardní halogenové osvětlení má životnost cca. 2.000 hodin což je cca. 1 rok je tedy pouze v nutnosti každý rok použít novou žárovku a kdy cena jedné žárovky je cca. 150,- Kč, **ale výsledná cena** absolutně stejného mikroskopu s halogenovou lampou **je cca. o 50% nižší** . Tímto bychom se chtěli zeptat na možnost nabídnout inverzní mikroskop , který je naprosto shodný s požadovaným mikroskopem včetně technických parametrů, ale má místo LED osvětlení 30W halogenovou lampu ????“

1) Dokumenty: 1-1-0 Specifikace a min. tech. požadavky

Znění specifikace: „Musí být osazen LED osvětlením s plynulým nastavením jasu,“

Odpověď zadavatele: "Osazení mikroskopu LED je požadováno ne z důvodu delší životnosti, ale z důvodu vyššího uživatelského komfortu. LED má jednoznačně vhodnější a příjemnější světlo pro dlouhodobou práci. Ekonomická a ekologická hlediska také hrají ve prospěch LED, byť za cenu vyšších počátečních investic. LED jako světelný zdroj mikroskopu tedy zůstává jako jedno z hodnotících kritérií."

2) Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn

.....
VFU Brno
zast. Prof. MVDr. Ing., Pavlem Suchým, CSc.,
rektorem VFU Brno