

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
IČ: 62157124

V Brně dne 24. 7. 2014
Čj. VZ 81/2014

Dodatečné informace č. 2 na veřejnou zakázku

„Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem“

Dne 23. 7. 2014 byla doručena žádost o dodatečné informace pro zakázku „**Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem**“.

Zadavatel veřejné zakázky „**Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem**“, Vám oznamuje tyto dodatečné informace:

Dotaz: „V minimálních technických parametrech je požadavek na nastavitelnost otáček v rozsahu minimálně 100 -6000 xg.

Tímto bychom se chtěli zeptat, jestli nastavitelnost v tomto rozmezí se vztahuje na samotnou centrifugu nebo na rotor.

Dle našich zkušeností není v požadované cenové relaci na trhu chlazená centrifuga, která by s výkyvným rotorem měla možnost točit 6.000 xg. ????“

1) Dokumenty: 1-1-0 Specifikace a min. tech. požadavky

Znění specifikace: „Musí mít nastavitelné otáčky v rozsahu minimálně 100-6000 g“

Odpověď zadavatele: "Otáčky 100-6000 g se vztahují na samotnou centrifugu, maximální otáčky rotoru se samozřejmě budou lišit dle jeho typu."

2) Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn

.....
VFU Brno
zast. Prof. MVDr. Ing., Pavlem Suchým, CSc.,
rektorem VFU Brno