

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
IČ: 62157124

V Brně dne 24. 7. 2014
Čj. VZ 81/2014

Dodatečné informace č. 3 na veřejnou zakázku

„Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem“

Dne 23. 7. 2014 byla doručena žádost o dodatečné informace pro zakázku „**Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem**“.

Zadavatel veřejné zakázky „**Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem**“, Vám oznamuje tyto dodatečné informace:

Dotaz: „V dokumentu „Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele“ uvádíte následující požadavky na centrifugu:

- Musí mít nastavitelné otáčky v rozsahu minimálně 100-6000 g
- Musí obsahovat výkyvný rotor pro minimálně 8x15 mL nebo 4x50 mL
- Musí mít nastavitelnou teplotu vnitřního prostoru minimálně 4-20 °C
- Musí být dostupné další typy rotorů, především pro mikrotitrační destičky a 1,5 mL mikrozkušavky

Náš první dotaz se týká celkové nabídkové ceny předmětu plnění s ohledem na druhý bod výše uvedených požadavků. Co vše má být zahrnuto do nabídkové ceny? Mají uchazeči do nabídkové ceny zahrnout pouze centrifugu se základním výkyvným rotorem, nebo má nabídková cena obsahovat vedle ceny za centrifugu a výkyvný rotor také cenu obou redukcí 8x15 mL a 4x50 mL?

Náš druhý dotaz se týká čtvrtého výše uvedeného bodu – požaduje zadavatel kromě garance dostupnosti dalších typů rotorů také jejich ocenění v rámci předkládané nabídky?“

1) Dokumenty: 1-1-0 Specifikace a min. tech. požadavky

Znění specifikace:

„Musí mít nastavitelné otáčky v rozsahu minimálně 100-6000 g
Musí obsahovat výkyvný rotor pro minimálně 8x15 mL nebo 4x50 mL
Musí mít nastavitelnou teplotu vnitřního prostoru minimálně 4-20 °C
Musí být dostupné další typy rotorů, především pro mikrotitrační destičky a 1,5 mL mikrozkušavky“

Odpověď zadavatele: " Ad 1: V ceně nabídky musí být zahrnuta cena samotné centrifugy a rotoru, který je schopen pojmout požadované množství kyvet. Pro naše účely je dostačující, pokud bude nabízený rotor obsahovat pouze jednu z možností plnění (buď 8x15 mL nebo 4x50 mL). Nikdo ale nebude bránit uchazeči o zakázku přidat do nabídky i adaptéry na druhý typ kyvet. (V tomto případě upozorňujeme, že jediným hodnotícím kritériem je celková cena)

Ad 2: Je požadována pouze garance možnosti dokoupení dalších typů rotorů. Uchazeč může nabídku doplnit o informace o cenách dalšího vybavení, ale na to nebude při výběru brán zřetel."

2) Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn

.....
VFU Brno
zast. Prof. MVDr. Ing., Pavlem Suchým, CSc.,
rektorem VFU Brno