

Uchazečům

Č.j.: VZ 12/2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na nadlimitní veřejnou zakázku - „Zobrazovací zařízení – CEITEC“

Číslo veřejné zakázky: VZ 12/2015

Název veřejné zakázky: „Zobrazovací zařízení - CEITEC“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč podal dne 23. dubna 2015 v 14:06 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – níže uvedený dotaz:

Prosím o upřesnění požadavku na vlnovou délku: požadujete UV transiluminátor pro alespoň jednu z uvedených vlnových délek tzn. buď pro 302 nm nebo 365nm? (Akceptovaný bude tedy UV transiluminátor s alespoň jednou z uvedených délek) Nebo požadujete UV transiluminátor pro obě vlnové délky?

Zadavatel podává tuto odpověď:

- UV transiluminátor MUSÍ pracovat na vlnové délce 302nm.
- Zadavatel akceptuje dodání UV transiluminátoru, který bude pracovat na vlnové délce 302nm a navíc pracovat i na vlnové délce 365nm.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne: 29 -04- 2015

VFU Brno zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013