

Uchazečům

Č.j.: VZ 17-1/2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na nadlimitní veřejnou zakázku
„CEITEC – Elektroforézy s příslušenstvím – VFU – 1. část“

Číslo veřejné zakázky: VZ 17-1/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – Elektroforézy s příslušenstvím – VFU – 1. část“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč podal dne 14. května 2015 v 15:27 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – níže uvedený dotaz:

„Dobrý den, prosím o upřesnění požadavku "Integrované průchozí UV, průchozí bílé a dopadající bílé osvětlení". Je akceptováno splnění této podmínky pomocí konverzní desky?“

Zadavatel podává tuto odpověď:

"Ano, plnění této podmínky je možné řešit pomocí konverzní desky."

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne: 18.5.2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013