

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 1

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní chlazená centrifuga

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
maximální otáčky	min. 14000 rpm	Vyplní uchazeč
maximální RCF	min. 20 000 g	Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček	max. 10 rpm	Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty	nejméně -10 až +40°C	Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění	ano	Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení	ano	Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti	ano	Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů	ano	Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy	nejméně 30 programů	Vyplní uchazeč
automatický přepočít RCF ↔ RPM	ano	Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu	nejméně 30s až 9h	Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu	ano	Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček	ano	Vyplní uchazeč
tichý provoz - maximální hlučnost	58 dB	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkušavky 1,5/2 ml		
požadovaná minimální kapacita	24x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkušavek	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkušavky alespoň 18000g	ano	Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkušavky zabraňující uvolňování aerosolu	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem maximálně	6°C	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro 15/50mL zkumavky		
požadovaná minimální kapacita	6 ks 50ml zkumavek	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 50 ml zkumavky alespoň 13 000 g	ano	Vyplní uchazeč
adaptéry pro 50ml zkumavky s konickým dnem (plně osazení rotoru)	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem	max. 0°C	Vyplní uchazeč
kompatibilita všech rotorů s centrifugou v konfiguraci 2	ano	Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zminěné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 2

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní chlazená centrifuga

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídka uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
maximální otáčky	min. 14 000 rpm	Vyplní uchazeč
maximální RCF	min. 20 000 g	Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček	max 10 rpm	Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty	nejméně -10 až +40°C	Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění	ano	Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení	ano	Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti	ano	Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů	ano	Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy	nejméně 30 programů	Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM	ano	Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu	nejméně 30 s až 9 h	Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu	ano	Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček	ano	Vyplní uchazeč
tichý provoz - maximální hluchnost	58 dB	Vyplní uchazeč
výkonný rotor pro mikrotitrační/PCR destičky		
požadovaná minimální kapacita	2 mikrotitrační/PCR destičky	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF rotoru pro mikrotitrační/PCR destičky alespoň 2000g	ano	Vyplní uchazeč
adaptér pro 96-jamkové PCR destičky (plné osazení rotoru)	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem maximálně	0°C	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkušky 1,5/2 ml		
požadovaná minimální kapacita	24x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkušky	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkušky alespoň 18000g	ano	Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkušky zabraňující uvolňování aerosolu	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem maximálně	6°C	Vyplní uchazeč
kompatibilita všech rotorů s centrifugou v konfiguraci 1	ano	Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 1 - konfigurace 3

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní chlazená centrifuga

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
maximální otáčky	min. 14000 rpm	Vyplní uchazeč
maximální RCF	min. 20 000 g	Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček	max. 10 rpm	Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty	nejméně -10 až +40°C	Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brzdění	ano	Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení	ano	Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti	ano	Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů	ano	Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy	nejméně 30 programů	Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM	ano	Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu	nejméně 30s až 9h	Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu	ano	Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček	ano	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkušavky 1,5/2 ml		
požadovaná minimální kapacita	30 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkušavek	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkušavky alespoň 18000g	ano	Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkušavky zabraňující uvolňování aerosolu	ano	Vyplní uchazeč
rotor autoklávodatelný při 121°C, 20 minut	ano	Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 2 - konfigurace 4

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní chlazená centrifuga

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídka uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
maximální otáčky	min. 14000 rpm	Vyplní uchazeč
maximální RCF	min. 20 000 g	Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček	max. 10 rpm	Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty	nejméně -10 až +40°C	Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brzdění	ano	Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení	ano	Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti	ano	Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů	ano	Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy	nejméně 30 programů	Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM	ano	Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu	nejméně 30 s až 9 h	Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu	ano	Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček	ano	Vyplní uchazeč
tichý provoz - maximální hlučnost	58 dB	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozukmavky 1,5/2 ml		
požadovaná minimální kapacita	24x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozukmavek	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozukmavky alespoň 18000g	ano	Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozukmavky zabraňující uvolňování aerosolu	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem	max. 6°C	Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro 15/50mL zukmavky		
požadovaná minimální kapacita	6 ks 50mL zukmavek	Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 50 ml zukmavky alespoň 13 000 g	ano	Vyplní uchazeč
adaptéry pro 50mL zukmavky s konickým dnem (plné osazení rotoru)	ano	Vyplní uchazeč
minimální teplota s tímto rotorem	max. 0°C	Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 3 - konfigurace 5

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní mini centrifuga na 96-jamkové destičky

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
Maximální otáčky	min. 2000 rpm	Vyplní uchazeč
rotor na 2 mikrodestičky nebo 2 PCR destičky (skirted, semi, non)	ano	Vyplní uchazeč
destičky v rotoru při vkládání pod úhlem náklonu max 75°	ano	Vyplní uchazeč
možnost volitelného příslušenství: adaptéry na PCR zkumavky nebo stripy	ano	Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Příloha č. 1 - Technická podmínky pro část 4 - konfigurace 6

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Stolní mini centrifugy víceúčelové

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)</i>
počet kusů	8	 Vyplní uchazeč
maximální otáčky	min. 4000 rpm	 Vyplní uchazeč
rotor na 1.5 mL zkumavky	ano, min. 8 pozic	 Vyplní uchazeč
rotor na 0.2 mL PCR stripy (8 jamek)	ano, min. 2 pozice	 Vyplní uchazeč
vortex součástí centrifugy, případně dodaný jako příslušenství	ano	 Vyplní uchazeč
možnost nastavení otáček	ano	 Vyplní uchazeč

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Proávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).