

Uchazečům

Č.j.: VZ 19/2015

Věc: **Dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám na nadlimitní veřejnou zakázku - „CEITEC – inkubátory VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 19/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – inkubátory VFU“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč podal dne 25. května 2015 v 10:28 prostřednictvím e-mailu (forejtkovas@vf.u.cz) níže uvedený dotaz k technickým podmínkám:

Vážená paní magistro,
dle této zakázky mám jeden dotaz:

Systémové číslo VZ: **P15V00000020**
Evidenční číslo zadavatele: **VZ 19/2015**
Evidenční číslo ve VVZ: **509808**

Je nutné, aby třepací vodní lázeň měla výlučně kruhový pohyb?
Většina těchto lázní má integrovanou vložku pro přímočaré třepání.

Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)	Požadovaná hodnota
třepací vodní lázeň o objemu	min. 12 litrů
rozsah teplot	teplota okolí +5 °C až +70 °C
přesnost nastavení	min. 0,1°C
teplotní stabilita	min. 0,5°C
rozsah třepání	min.30 - 200 rpm
pohyb	kruhový
display	digitální
časovač	min. 1 min.- 48 hod. a možnost kontinuální inkubace
vnitřní prostor	nerezový
víko	vypouklé

platforma	univerzální pružinová
možnost současné inkubace min. 35 zkumavek o objemu 50 ml	ano
možnost inkubace Erlenmeyerových baňek o požadovaných objemech	250 ml, 500 ml, 1000 ml

Děkuji předem za Vaše vyjádření.

Zadavatel podává tuto odpověď:

Pro danou vodní lázeň vyžadujeme kruhový pohyb tak, jak je uvedeno v technických podmínkách. Zadavatel akceptuje i zařízení s kruhovým a zároveň přímočarým pohybem.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne: 27 -05- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013