

Uchazečům

Č.j.: VZ 19/2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na nadlimitní veřejnou zakázku - „CEITEC – inkubátory VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 19/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – inkubátory VFU“

Uchazeč podal dne 1. června 2015 v 09:34 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK níže uvedený dotaz k technickým podmínkám:

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o odpovědi na následující dotazy a poskytnutí dodatečných informací **u části 1 této VZ:**

Konfigurace 1:

V technické specifikaci požadovaného CO2 inkubátoru máte uvedeno:

- Perforované police z nerezové oceli, stavitelná rozteč polic s možností vysouvání a v dalším bodě
- Vnitřní bezespárová komora, prolisy pro uchycení polic, oblé rohy

Naše dotazy ke konfiguraci 1: Je pro Vás přijatelné nabídnout inkubátor, který má vnitřní bezespárovou komoru, prolisy pro uchycení polic, oblé rohy u kterého se perforované police ze slitiny mědi a nerezů mohou posouvat, umísťovat a vysouvat v rozsahu prolisů pro uchycení polic (10 poloh)?

Konfigurace 2:

V technické specifikaci požadovaného CO2 inkubátoru máte uvedeno:

- Teplotní nastavení inkubace v rozsahu 25 °C - 40°C

Je pro Vás přijatelné nabídnout inkubátor, který má teplotní nastavení: teplota okolí + 5°C až 50°C?

Děkujeme za odpovědi.

Zadavatel podává následující odpovědi:

1) Odpověď ke konfiguraci č. 1:

Zadavatel akceptuje nabídku inkubátoru, který má vnitřní bezesparovou komoru, prolisy pro uchycení polic, oblé rohy u kterého se perforované police ze slitiny mědi a nerezů mohou posouvat, umísťovat a vysouvat v rozsahu prolisů pro uchycení polic (10 poloh).

2) Odpověď ke konfiguraci č. 2:

Zadavatel akceptuje nabídku inkubátoru, který má teplotní nastavení: teplota okolí + 5°C až 50°C.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne: 4 0 -06- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013