

Uchazečům

č.j.: VZ 18/2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky s názvem „CEITEC – centrifugy VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 18/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – centrifugy VFU“

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24.06.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

„Dotaz se týká části 4 - konfigurace 6.

Dotaz č. 1

V požadovaných technických a funkčních vlastnostech (příloha č. 1) ke stolní mini centrifuze účelové je uvedeno, že „vortex součástí centrifugy, případně dodaný jako příslušenství“. V dalším bodě je uvedeno „možnost nastavení otáček“. Týká se parametr „možnost nastavení otáček“ centrifugy nebo vortexu (v případě, že bude nabízen jako příslušenství)? “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel a koncový uživatel uvádějí, že parametr „možnost nastavení otáček“ se týká pouze centrifugy. Vortex, pokud bude dodáván jako příslušenství, nemusí mít regulaci otáček.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 26. 6. 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057