

Uchazečům

č.j.: VZ 18/2015

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky s názvem „CEITEC – centrifugy VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 18/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – centrifugy VFU“

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29.06.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

„ráda bych Vás požádala o doplnění informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky "CEITEC - centrifugy VFU".

V části 1, konfigurace 1 je požadován úhlový rotor pro 15/50 ml zkumavky. Očekáváte, že součástí nabídky budou i adaptéry pro 15 ml zkumavky a adaptéry na 50 ml s vypouklým dnem? V zadávací dokumentaci jsou momentálně uvedeny jen adaptéry s konickým dnem. Podobně tomu tak je i v části 2, konfigurace 4.

Mohli byste, prosím, doplnit, jaké adaptéry mají být součástí nabídky v obou konfiguracích (1,4)?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel a koncový uživatel uvádějí, že jsou vyžadovány pouze adaptéry s konickým dnem, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 30. 6. 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057