

Uchazečům

Č.j.: VZ 34/2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na podlimitní veřejnou zakázku „CEITEC - Analytické váhy s příslušenstvím“

Číslo veřejné zakázky: VZ 34/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC - Analytické váhy s příslušenstvím“

Dotaz uchazeče:

Uchazeč podal dne 15.7.2015 prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby zadavatele – tj.: forejtkovas@vfu.cz, níže uvedený dotaz:

*Dobrý den,
prosím upřesnit požadavek na odpružení kamenné desky ve váhovém stole. Naše provedení spočívá ve vložení ploché gumy mezi kámen a kovovou vyztuženou kostru, která je nezávisle opláštěná laminem a pracovní deskou, je to řešení v souladu s Vašimi představami?*

Zadavatel podává tyto odpovědi:

a) Prosím upřesnit požadavek na odpružení kamenné desky ve váhovém stole.

- Zadavatel akceptuje veškeré způsoby odpružení, pokud budou splňovat následující požadavek: odpružená kamenná deska zamezující nežádoucím vibracím při vážení.

b) Naše provedení spočívá ve vložení ploché gumy mezi kámen a kovovou vyztuženou kostru, která je nezávisle opláštěná laminem a pracovní deskou, je to řešení v souladu s Vašimi představami?

- Navrhované konstrukční řešení je v intencích bývalé ČSN 91 0921 (Laboratorní nábytek. Stoly váhové. Technické požadavky) a tudíž výše uvedené řešení plně vyhovuje našim požadavkům.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.
Uchazeči, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne: 20.07.2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková
forejtkovas@vfu.cz, 54156 2013