

Čj. 6/2015

**OZNÁMENÍ ZADAVATELE**  
**o zrušení nadlimitní veřejné zakázky**  
**„Flow cytometrový analyzátor CEITEC“**  
**zadávané v nadlimitním řízení pod zn. VZ 6/2015**

V souladu s § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.1 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku „Flow cytometrový analyzátor CEITEC“ zadávanou v nadlimitním řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.1 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) pod zn. VZ 6/2015.

**zadavatel rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení,  
této veřejné zakázky.**

Odůvodnění:

Požadavek zadavatele: „Detektory pro detekci fluorescenčního signálu“ (požadovaná hodnota min. 13) se vztahuje k minimálnímu počtu různých fluorescenčních signálů („barev“), které lze současně detekovat.

Tento požadavek lze splnit např. 1) prostřednictvím min. 13 nezávislých detektorů; 2) nebo prostřednictvím nižšího počtu detektorů, které ale umožňují nezávislou detekci více různých fluorescenčních signálů v různém čase, dohromady tak min. 13 různých fluorescenčních signálů.

Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace nestanovila jasně a přesně počet detektorů, které ale umožňují nezávislou detekci více různých fluorescenčních signálů v různém čase, dohromady tak min. 13 různých fluorescenčních signálů a proto nabídku vybraného uchazeče a uchazeče Labor Partner s.r.o. nemůže ze zadávacího řízení vyřadit.

Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů. Zadávací dokumentace v daném případě umožňuje, aby uchazeči v rámci své nabídky nabídli technologicky a tím pádem i ekonomicky nesrovnatelná plnění, což ve svém důsledku vedlo k podání neporovnatelných nabídek.



Zadavatel se tedy rozhodl, že z důvodu hodného zvláštního zřetele v zadávacím řízení již nelze pokračovat na základě § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, jelikož zadavatel obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky. Zadavatel tak tuto veřejnou zakázku a toto zadávací řízení zruší.

V Brně dne **31<sup>st</sup>-07-2015**

VFU Brno  
zastoupená Prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,  
rektorem VFU Brno

