



## **„SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení

<b>Název zařízení:</b>	<b>Automatický spirálový očkovač</b>
<b>Množství:</b>	<b>1ks</b>
<b>Minimální technické požadavky:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• minimální objem nanášeného vzorku <math>\leq 50</math> mikrolitrů</li><li>• maximální objem nanášeného vzorku <math>\geq 200</math> mikrolitrů</li><li>• minimální stanovitelný počet kolonií <math>\leq 30</math> KTJ/ml vzorku</li><li>• maximální stanovitelný počet kolonií <math>\geq 10^5</math> KTJ/ml vzorku</li><li>• integrované zařízení pro nasátí vzorku bez použití jednorázových stříkaček</li><li>• pro použití na Petriho misky o průměru 90 mm</li><li>• snadno čistitelný a dezinfikovatelný</li><li>• možnost kalibrace uživatelem</li><li>• možnost kombinace se zařízením pro automatické počítání kolonií</li><li>• rychlost provedení jednoho cyklu max. 30 s</li><li>• v ceně zařízení nástavec pro misky o průměru 90 mm, zdroj vakua, počítací mřížky na misky o průměru 90 mm, zásobníky na dezinfekční a čistící roztoky a balení min. 500 ks sterilních kalíšků na vzorky</li></ul>



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• možnost vícenásobných nanášecích módů</li><li>• možnost nasátí vzorku také ze zkumavky/zkumavky typu Eppendorf</li><li>• max. rozměry přístroje 450 x 580 x 400 mm</li><li>• ovládací PC nebo ovládací panel v ceně přístroje</li><li>• ovládací software v ceně přístroje</li></ul> |
|--|--|

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.