

Čj. 18/2015

**OZNÁMENÍ ZADAVATELE
o zrušení nadlimitní veřejné zakázky
„CEITEC – centrifugy VFU část č. 4“
zadávané v nadlimitním řízení pod zn. VZ 18/2015**

V souladu s § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku „**CEITEC – centrifugy VFU část č. 4**“ zadávanou v nadlimitním řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) pod zn. VZ 18/2015.

**zadavatel rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení,
této veřejné zakázky.**

Odůvodnění:


Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace nestanovila jasně a přesně požadavek na „vortex součástí centrifugy, případně dodaný jako příslušenství“. Z technických podmínek nevyplývá, že by vortex dodávaný ať už jako součást nebo příslušenství centrifugy musel disponovat možností „vortexovat požadované formáty a počty vzorků (8ks 1,5ml zkumavek, 2ks 8-jamkové PCR stripy)“

Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů. Zadávací dokumentace v daném případě umožňuje, aby uchazeči v rámci své nabídky nabídli technologicky a tím pádem i ekonomicky nesrovnatelná plnění, což ve svém důsledku vedlo k podání neporovnatelných nabídek.

Zadavatel se tedy rozhodl, že z důvodu hodného zvláštního zřetele v zadávacím řízení již nelze pokračovat na základě § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, jelikož zadavatel obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky. Zadavatel tak tuto veřejnou zakázku a toto zadávací řízení zruší.



V Brně dne **19 -10- 2015**


VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno