

Čj. 18/2015

**OZNÁMENÍ ZADAVATELE**  
**o zrušení nadlimitní veřejné zakázky**  
**„CEITEC – centrifugy VFU část č. 1 a č.2 “**  
**zadávané v nadlimitním řízení pod zn. VZ 18/2015**

V souladu s § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku „**CEITEC – centrifugy VFU část č. 1 a č. 2**“ zadávanou v nadlimitním řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) pod zn. VZ 18/2015.

**zadavatel rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení,  
této veřejné zakázky.**


Odůvodnění:

Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace nestanovila jasně a přesně za jakých podmínek je požadavek na „minimální teplota s tímto rotorem“. Z technických podmínek nevyplývá, že by minimální teplota s tímto rotorem byla přesně stanovena k určitému počtu otáček.

Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů. Zadávací dokumentace v daném případě umožňuje, aby uchazeči v rámci své nabídky nabídli technologicky a tím pádem i ekonomicky nesrovnatelná plnění, což ve svém důsledku vedlo k podání neporovnatelných nabídek.

Zadavatel se tedy rozhodl, že z důvodu hodného zvláštního zřetele v zadávacím řízení již nelze pokračovat na základě § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, jelikož zadavatel obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky. Zadavatel tak tuto veřejnou zakázku a toto zadávací řízení zruší.

V Brně dne 26 -10- 2015

  
VFU Brno  
zastoupená prof. MVDr. Jiří Smolou, CSc.,  
ředitelem CEITEC VFU Brno