

Uchazečům

č.j.: VZ 40/2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Termobloky – CEITEC VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 40/2015

Název veřejné zakázky: „Termobloky – CEITEC VFU“

Dodatečná informace č. 2:

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 2.11.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

„Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné informace k této veřejné zakázce pro dílčí plnění 1 a 2

1. V technických parametrech pro dílčí plnění 1 a 2 Termomixer je požadavek na frekvenci orbitálního třepání v rozmezí alespoň 250 -1400 rpm. Bylo by možné nabídnou přístroje, které splňují absolutně všechny požadavky, ale mají frekvenci orbitálního třepání v rozmezí 300 – 1500 rpm ????

Tímto velmi děkuji za odpověď“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek. Zadavatel a koncový uživatel požadují „frekvence orbitálního třepání alespoň 250-1400 rpm“ pro dílčí plnění č. 1 a č.2.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne:

04 - 11- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiří Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057