

Uchazečům

č.j.: VZ 58/2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s názvem „CEITEC – centrifugy VFU II“

Číslo veřejné zakázky: VZ 58/2015

Název veřejné zakázky: „**CEITEC – centrifugy VFU II**“

Dodatečná informace č. 1:

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5.11.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

„Vážení,

Po prostudování technických podmínek k části č.1 této VZ máme následující dotazy:

- 1) Je požadována funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček. Tato funkce má smysl u přístrojů s rotory, které dosahují stanovené rychlosti až za několik minut. U zadavatelem požadované konfigurace jsou tyto časy natolik krátké, že nemají vliv na kvalitu centrifugace. V zájmu zpřístupnění této VZ více uchazečům Vás prosíme o zrušení tohoto požadavku.
- 2) Pro rotor 6 x 50 ml je požadováno minimální RCF 13000 g. Je možné nabídnout rotor, který má RCF 12100 g (rozdíl 7%). Tento rozdíl významně neovlivňuje centrifugaci.

Po prostudování technických podmínek k části č.2 této VZ máme následující dotaz:

- 1) Je požadována funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček. Tato funkce má smysl u přístrojů s rotory, které dosahují stanovené rychlosti až za několik minut. U zadavatelem požadované konfigurace jsou tyto časy natolik krátké, že nemají vliv na kvalitu centrifugace. V zájmu zpřístupnění této VZ více uchazečům Vás prosíme o zrušení tohoto požadavku.

Děkuji“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek. Zadavatel a koncový uživatel požadují splnění technických podmínek pro část č. 1 a č. 2 stanovených v Technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne:

06 -11- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057

