

Uchazečům

č.j.: VZ 58/2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s názvem „CEITEC – centrifugy VFU II“

Číslo veřejné zakázky: VZ 58/2015

Název veřejné zakázky: „**CEITEC – centrifugy VFU II**“

Dodatečná informace č. 2:

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 6.11.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

„Dobrý den, ve výše uvedené VZ je pro konfigurace č. 1 a 2 centrifug požadován krok nastavení otáček : max. 10 rpm . Lze akceptovat max.krok nastavení otáček 100 rpm , při možnosti nastavit krok pro RCF : 10 x g ?

Předem děkuji za vaše sdělení a jsem s pozdravem“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek. Zadavatel a koncový uživatel požadují splnění technických podmínek pro část č. 1 a č. 2 stanovených v Technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne:

06 - 11- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057