



Pro spis

V Brně dne 21.9. 2012

Čj. VZ 04/2012

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
o výběru nejvhodnější nabídky pro zadání podlimitní veřejné zakázky
„CT přístroj“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. VZ 04/2012

Na základě Zprávy hodnotící komise a ve smyslu návrhu hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku „CT přístroj“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) pod zn. **VZ 04/2012**

zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče:

<i>nabídka p.č.</i>	<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Celkový počet bodů</i>	<i>Výsledné pořadí</i>
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267	100	1.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

<i>nabídka p.č.</i>	<i>Obchodní firma</i>	<i>sídlo-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>
1.	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.	Klausova 1441/28 155 00 Praha 5 - Stodůlky	448 48 315
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267

Výsledek hodnocení nabídek uchazečů, pořadí nabídek v rámci hodnocení:

<i>nabídka p.č.</i>	<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Celkový počet bodů</i>	<i>Výsledné pořadí</i>
1.	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.	Klausova 1441/28 155 00 Praha 5 - Stodůlky	448 48 315	88,784	2.
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267	100	1.

Výsledek hodnocení a jeho číselné vyjádření v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je uveden v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto Oznámení Rozhodnutí.



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Odůvodnění:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle způsobu hodnocení zveřejněného ve Výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“) a zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je **ekonomická výhodnost nabídky**, přičemž zadavatel stanovil 10 dílčí hodnotících kritérií, které byly zveřejněny v čl.14 Výzvy a jsou patrné i z přílohy tohoto Oznámení Rozhodnutí.

Nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší hodnotou vyjádřenou v bodech.

Nabídka uchazeče **Electric Medical Service, s.r.o.**, sídlem Ledce 74, 664 62 Ledce, IČ 499 70 267, byla na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií stanovena **jako nejvhodnější nabídka pro tuto veřejnou zakázku.**

Toto rozhodnutí odpovídá závěru hodnotící komise.

V souladu s § 81 odst. 4 ZVZ si zadavatel v článku 12. a článku 21.10. Výzvy k podání nabídek vyhradil právo, že může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124>; v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124>.

Toto Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo zveřejněno na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124> dne2.1.09-2012

Ve smyslu § 110 odst.4 ZVZ je uchazeč oprávněn podat námitku proti rozhodnutí zadavatele do 10 dnů od doručení (zveřejnění) oznámení o rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124>.

Ve smyslu § 82 odst. 1 nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Ing. Martin Čada
Tajemník FVL VFU Brno



Pomocná hodnoticí tabulka:

Dílčí hodnoticí kritérium číslo:	Dílčí hodnoticí kritérium	Váha	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.		Electric Medical Service, s.r.o.	
			Hodnota uvedená uchazečem	body	Hodnota uvedená uchazečem	body
1.	„Nabídková cena v CZK bez DPH“	60 %	3 780 000	59,683	3 760 000	60
2.	„Záruční doba“ na celý předmět plnění – včetně RTG zářiče (<i>min. 12 měsíců</i>)	5 %	12	5	12	5
3.	„Cena za 1 pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době v CZK bez DPH“ (<i>V takto stanovené ceně za pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době budou zahrnuty náklady s ní související, a to konkrétně příjezd a doprava servisního technika do místa plnění.</i>)	5 %	29 000	2,672	15 500	5
4.	„Cena za 1 hodinu práce servisního technika - servisu v CZK bez DPH“	5 %	1 750	1,429	500	5
5.	„Cena dopravy na místo servisního zásahu – místo plnění v CZK bez DPH“ (<i>Uchazeč uvede celkovou konečnou cenu v CZK bez DPH, zadavatel nebude akceptovat cenu uvedenou parciálním dílem jako je například cena za 1km, v takovém případě bude uchazeči přidělena bodová hodnota 0 procentních bodů</i>)	5 %	3 600	0	0	5
6.	„Počet detekčních elementů detektoru v jedné řadě v rovině x, y ve směru rotace“ (<i>minimálně 600 elementů</i>)	4 %	912	4	912	4
7.	„Nízkokontrastní rozlišení - výše dávky v mGy potřebná pro dosažení zobrazení objektu o velikosti 5mm a kontrastní rozdíl 0,3%, měřeno na fantomu 20 cm CATPHAN“ (<i>max. 23 mGy</i>)	4 %	13,3	4	13,3	4
8.	„Maximální dosažitelné prostorové isotropní rozlišení“ (<i>max. 0,5mm x 0,5mm x 0,5mm – jelikož se jedná o formát krychle, pro účely hodnocení bude použita hodnota udávající rozměr jedné strany krychle</i>)	4 %	0,4	4	0,4	4
9.	„Nejkratší možný nastavitelný čas helikální rotace 360 st. pro klinické použití“ (<i>maximálně 0,5 s.</i>)	4 %	0,5	4	0,5	4
10.	„Maximální délka kontinuálního spirálního skenu“ (<i>minimálně 100 sec.</i>)	4 %	120	4	120	4
Získané body celkem:				88,784		100
Výsledné pořadí v rámci hodnocení:				2.		1.