



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a násl.

Název veřejné zakázky: „ CT přístroj“
Zakázka není rozdělena na části.

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 04/2012

Zadavatel zveřejňuje následující informace, v souladu a dle § 85 odst. 2 ZVZ:

a) Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona:	veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
Právní forma:	veřejná vysoká škola, kód 601
Název zadavatele:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Sídlo zadavatele:	Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, kód obce ZÚJ 551007
IČ:	621 57 124
DIČ:	CZ 621 57 124
Osoba oprávněná jednat:	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Ve věcech veřejných zakázek a věcech obchodních a smluvních oprávněn jednat: Ing. Martin Čada, tajemník FVL VFU Brno

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem je dodávka zboží. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí multidetektorový počítačový tomograf s minimálně 16-ti řadami detektorů, s pracovní stanicí a injektorem (dále jen „CT přístroj“) dále specifikovaný v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna spolu s výzvou na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/62157124> a tvoří její nedílnou součást. Výše uvedené dodávky, podrobná specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou podrobně specifikovány ve výzvě a v zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást (dále též „ZD“). Dodávka zboží bude rovněž provedena v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 1660/00035, jenž tvoří jako příloha č. 1 ZD nedílnou součást zadávací dokumentace.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena v CZK bez DPH	Částka DPH v CZK	Cena v CZK včetně DPH
3 760 000	526 400	4 286 400

b) Druh zadávacího řízení:



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

c) Vybraný uchazeč, odůvodnění výběru, subdodávky:

<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Celkový počet bodů</i>
Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267	100

Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Zadavatel stanovil tato **jednotlivá dílčí hodnotící kritéria**, jež jsou včetně svojí váhy definována v následující tabulce:

<i>Dílčí hodnotící kritérium číslo:</i>	<i>Dílčí hodnotící kritérium</i>	<i>Váha</i>
1.	„Nabídková cena v CZK bez DPH“	60 %
2.	„Záruční doba“ na celý předmět plnění – včetně RTG zářiče (<i>min. 12 měsíců</i>)	5 %
3.	„Cena za 1 pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době v CZK bez DPH“ (<i>V takto stanovené ceně za pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době budou zahrnuty náklady s ní související, a to konkrétně příjezd a doprava servisního technika do místa plnění.</i>)	5 %
4.	„Cena za 1 hodinu práce servisního technika - servisu v CZK bez DPH“	5 %
5.	„Cena dopravy na místo servisního zásahu – místo plnění v CZK bez DPH“ (<i>Uchazeč uvede celkovou konečnou cenu v CZK bez DPH, zadavatel nebude akceptovat cenu uvedenou parciálním dílem jako je například cena za 1km, v takovém případě bude uchazeči přidělena bodová hodnota 0 procentních bodů</i>)	5 %
6.	„Počet detekčních elementů detektoru v jedné řadě v rovině x, y ve směru rotace“ (<i>minimálně 600 elementů</i>)	4 %
7.	„Nízkokontrastní rozlišení - výše dávky v mGy potřebná pro dosažení zobrazení objektu o velikosti 5mm a kontrastní rozdíl 0,3%, měřeno na fantomu 20 cm CATPHAN“ (<i>max. 23 mGy</i>)	4 %
8.	„Maximální dosažitelné prostorové isotropní rozlišení“ (<i>max. 0,5mm x 0,5mm x 0,5mm – jelikož se jedná o formát krychle, pro účely hodnocení bude použita hodnota udávající rozměr jedné strany krychle</i>)	4 %
9.	„Nejkratší možný nastavitelný čas helikální rotace 360 st. pro klinické použití“ (<i>maximálně 0,5 s.</i>)	4 %
10.	„Maximální délka kontinuálního spirálního skenu“ (<i>minimálně 100 sec.</i>)	4 %



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Hodnocení nabídek bude provedeno pro tuto veřejnou zakázku podle ekonomické výhodnosti pomocí dílčích hodnotících kritérií uvedených včetně jejich váhy v čl. 14.2. výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“) v sestupném pořadí, a to pro každé dílčí hodnotící kritérium zvlášť.

Pro dílčí hodnotící kritéria pod pořadovým číslem 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9. uvedená v čl. 14.2. výzvy:

- získá hodnocená nabídka hodnotu vzniklou násobkem poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky a násobku čísla 100;
- bude použit následující vzorec:

$$\frac{\text{nejnižší hodnota}}{\text{hodnocená hodnota}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vždy vynásobeny vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria dle čl. 14.2. výzvy. Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa.

Pro dílčí hodnotící kritéria pod pořadovým číslem 2., 6., 10. uvedená v čl. 14.2. výzvy:

- získá hodnocená nabídka hodnotu vzniklou násobkem poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejhodnější nabídky a násobku čísla 100;
- bude použit následující vzorec:

$$\frac{\text{hodnocená hodnota}}{\text{nejvyšší hodnota}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vždy vynásobeny vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria dle čl. 14.2. výzvy. Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa.

Součet vážených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria pro tuto veřejnou zakázku pak určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.

Nejhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší hodnotou vyjádřenou v bodech.

Z důvodu aplikovatelnosti výpočetního vztahu z matematického hlediska pro dílčí hodnotící kritérium č. 5. „Cena dopravy na místo servisního zásahu – místo plnění v CZK bez DPH“, kdy uchazeč Electric Medical Service s.r.o. uvedl ve své nabídce pro toto dílčí hodnotící kritérium hodnotu 0, se pouze pro výpočet ekonomické výhodnosti pro toto dílčí hodnotící kritérium použije hodnota 0,001.

Výsledek hodnocení a jeho číselné vyjádření v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je uveden v samostatné tabulce, která je přílohou této Písemné zprávy.

Na základě výše uvedeného základního hodnotícího kritéria hodnotící komise stanovila následující pořadí nabídek podaných pro tuto veřejnou zakázku takto:

<i>nabídka p.č.</i>	<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Celkový počet bodů</i>	<i>Výsledné pořadí</i>
1.	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.	Klausova 1441/28 155 00 Praha 5 - Stodůlky	448 48 315	88,784	2.
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267	100	1.



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěru hodnotící komise.

Zakázka nebude plněna subdodavatelsky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů s nabídkovou cenou:

poř.č.	Obchodní firma	Bydliště-sídlo podnikání	IČ	Nabídková cena v CZK bez DPH
1.	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.	Klausova 1441/28 155 00 Praha 5 - Stodůlky	448 48 315	3 780 000
2.	Electric Medical Service, s.r.o.	Ledce 74 664 62 Ledce	499 70 267	3 760 000

e) Vyloučení uchazeči:

Žádný uchazeč nebyl vyloučen.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou:

--

g) Soutěžní dialog/JŘSU/JŘBU:

--

h) Důvod zrušení zadávacího řízení:

--

V Brně dne 4.10.2012



Ing. Martin Čada
Tajemník FVL VFU Brno

Na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/62157124> zveřejnil:

Pomocná hodnotící tabulka:

Dílčí hodnotící kritérium číslo:	Dílčí hodnotící kritérium	Váha	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.		Electric Medical Service, s.r.o.	
			Hodnota uvedená uchazečem	body	Hodnota uvedená uchazečem	body
1.	„Nabídková cena v CZK bez DPH“	60 %	3 780 000	59,683	3 760 000	60
2.	„Záruční doba“ na celý předmět plnění – včetně RTG zářiče (<i>min. 12 měsíců</i>)	5 %	12	5	12	5
3.	„Cena za 1 pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době v CZK bez DPH“ (<i>V takto stanovené ceně za pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční době budou zahrnuty náklady s ní související, a to konkrétně příjezd a doprava servisního technika do místa plnění.</i>)	5 %	29 000	2,672	15 500	5
4.	„Cena za 1 hodinu práce servisního technika - servisu v CZK bez DPH“	5 %	1 750	1,429	500	5
5.	„Cena dopravy na místo servisního zásahu – místo plnění v CZK bez DPH“ (<i>Uchazeč uvede celkovou konečnou cenu v CZK bez DPH, zadavatel nebude akceptovat cenu uvedenou parciálním dílem jako je například cena za 1km, v takovém případě bude uchazeči přidělena bodová hodnota 0 procentních bodů</i>)	5 %	3 600	0	0	5
6.	„Počet detekčních elementů detektoru v jedné řadě v rovině x, y ve směru rotace“ (<i>minimálně 600 elementů</i>)	4 %	912	4	912	4
7.	„Nízkokontrastní rozlišení - výše dávky v mGy potřebná pro dosažení zobrazení objektu o velikosti 5mm a kontrastní rozdíl 0,3%, měřeno na fantomu 20 cm CATPHAN“ (<i>max. 23 mGy</i>)	4 %	13,3	4	13,3	4
8.	„Maximální dosažitelné prostorové isotropní rozlišení“ (<i>max. 0,5mm x 0,5mm x 0,5mm – jelikož se jedná o formát krychle, pro účely hodnocení bude použita hodnota udávající rozměr jedné strany krychle</i>)	4 %	0,4	4	0,4	4
9.	„Nejkratší možný nastavitelný čas helikální rotace 360 st. pro klinické použití“ (<i>maximálně 0,5 s.</i>)	4 %	0,5	4	0,5	4
10.	„Maximální délka kontinuálního spirálního skenu“ (<i>minimálně 100 sec.</i>)	4 %	120	4	120	4
Získané body celkem:				88,784		100
Výsledné pořadí v rámci hodnocení:				2.		1.