



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Č.j.: VZ 30/2016

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele s názvem „Magnetická rezonance“

Číslo veřejné zakázky: VZ 30/2016

Název veřejné zakázky: „**Magnetická rezonance**“

Dne 16. 1. 2017 byla doručena v 13:56:09 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Následně byl zaslán tento dotaz také na e-mail kontaktní osoby zadavatele.

Dotaz:

Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Magnetická rezonance“

Vážení obchodní partneři,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Magnetická rezonance“.

V části „SPECIFIKACE“ v oddíle „Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží“ a odstavci „Přijímač“, specifikujete požadavek : „*Pevně laděné přijímací cívky a přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem.*“

Naše firma nabízí pevně laděné cívky na svých zařízeních od síly pole 1.5T, kde časová výhoda vítězí nad zanedbatelným zhoršením poměru signal/šum. U kategorie Vámi stanovené, tzn. síla pole magnetu min. 0,35T, nabízíme cívky laděné před skenem, proto je pro nás tento požadavek diskriminační.

Protože jsme přesvědčeni, že laděné cívky v tomto segmentu MRI (s permanentním magnetem) nabízejí všichni výrobci bez výjimky, dovoluujeme si vznést následující dotaz:

Dotaz :

Akceptuje zadavatel plnění tohoto bodu dodáním lokálních, automaticky před vyšetřením laděných cívek při splnění požadavku na přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem?

Děkujeme za Vaše odpověď.

S přátelským pozdravem,

A. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Zadavatel akceptuje dodání lokálních, před vyšetřením automaticky laděných cívek při splnění požadavku na přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem.

B. Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávací dokumentace.

1. Technická specifikace

Zadavatel mění zadávací dokumentaci v dokumentu 1-1-0 Specifikace - příloha č. 1 ZD.doc

Změnou v technické specifikaci nedojde ke změně účelu, pro který je přístroj pořizován, ani ke snížení kvality zobrazení.

Zadavatel mění zadávací dokumentaci v dokumentu 1-1-0 Specifikace - příloha č. 1 ZD.doc následujícím způsobem:

Původní znění:

Pevně laděné přijímací cívky a přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem	ano	<i>Vyplní dodavatel</i>
--	-----	-------------------------

Nové znění:

Automaticky laděné cívky a přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem	ano	<i>Vyplní dodavatel</i>
--	-----	-------------------------

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 NOVOU VERZI VÝŠE UVEDENÉHO DOKUMENTU**. Upravované pasáže jsou v nové verzi výše uvedeného dokumentu označeny červeně.

Název upraveného dokumentu:

1-1-0 Specifikace - příloha č. 1 ZD – NOVÉ.doc

Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří budou chtít podat nabídku, že jsou při zpracování Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Specifikace“ povinni použít novou verzi souboru 1-1-0 Specifikace - příloha č. 1 ZD s upravenou specifikací přístroje.

2. Prohlídka místa plnění

V souvislosti s výše uvedenou změnou technické specifikace mění zadavatel v článku 7 ZD následující červeně označené údaje.

Prohlídky místa plnění spojené s případným otestováním vhodnosti zadavatelem navržených prostor a ověřením kompatibility prostor se zařízením dodavatelů, budou probíhat v termínu 9 - 17. 1. 2017 a 23 - 31. 1. 2017 po domluvě s kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění.

Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky místa plnění a případného otestování kompatibility v prostorách zadavatele je:

Ing. Jaroslav Kunc, tel: +420 54156 2050, e-mail: kuncj@vfu.cz.

Zadavatel upozorňuje, že v případě vícero žádostí o prohlídky a otestování prostor nebude možné provádět všechny tyto úkony v jeden den. Proběhne tedy více termínů prohlídek místa plnění (a to v rozmezí 9 - 17. 1. 2017 a 23 - 31. 1. 2017).

Zadavatel apeluje na dodavatele, aby v případě, že má dodavatel zájem o prohlídku místa plnění spojenou s otestováním kompatibility v prostorách zadavatele, kontaktoval osobu Ing. Jaroslava Kunce co nejdříve.

Termíny pro prohlídku budou dodavatelům přiřazovány na základě pořadí doručených e-mailů s žádostí o prohlídku. Je tedy možné, že termín/den navržený dodavatelem v jeho žádosti bude již obsazen a proto bude dodavatel muset navrhnout jiný termín.

3. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek

V souvislosti s výše uvedenými změnami mění zadavatel termín lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek

Nově je konec lhůty pro podání nabídek stanoven na 28. 2. 2017 v 15:00 hod včetně.

Dotčený čl. 8.1 ZD nově zní:

Lhůta pro podání nabídek: nabídky lze podávat do 28.2. 2017 do 15:00 hod. (včetně). V tento den a hodinu již musí být všechny nabídky doručeny zadavateli. Nabídky doručené po tomto termínu se v souladu s ust. § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení k nim nebude přihlíženo.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne: 28. 2. 2017 v 15:01 hod.

Dotčený čl. 11.4 ZD nově zní:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne: 28.2.2017 v 15:01 hod., a to v sídle zadavatele, tj. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova Rektorátu, zasedací místnost Oddělení veřejných zakázek, I. poschodí, dveře č. 211. Zadavatel může po přítomných účastnících požadovat, aby svou účast při otevírání nabídek stvrdili podpisem v listině přítomných účastníků.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Účastníci, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Opravený dokument 1-1-0 Specifikace - příloha č. 1 ZD - NOVÉ.doc

V Brně dne

19 -01- 2017

1.2. 20

FVL VFU Brno

zastoupená Prof. MVDr., Aloisem Nečasem , Ph.D., MBA

děkanem FVL VFU Brno



Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka, sobotkaj@vfu.cz, tel.: 541 562 057