



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Č.j.: VZ 30/2016

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele s názvem „Magnetická rezonance“

Číslo veřejné zakázky: VZ 30/2016

Název veřejné zakázky: „**Magnetická rezonance**“

Dne 6.02.2017 byla doručena v 08:29:33 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Následně byl zaslán tento dotaz také na e-mail kontaktní osoby zadavatele.

Dotaz:

„Připustí zadavatel nabídku otevřené magnetické rezonance významného světového výrobce, která plně splňuje požadavky kladené na všechna uvažovaná vyšetření, ale který má následující drobné odchylky ve specifikaci viz tabulka?“

Hodnoty nabízeného stroje:

Permanentní otevřený magnet o magnetické indukci minimálně umožňující MRI vyšetřování malých zvířat Min. 0.3 T

Gradientní systém s aktivním stíněním nejméně 22mT/m a 55T/m/s současně ve všech osách a trvale

FOV rozsah Min 0,5cm x 0,5 cm x 0,5 cm až 35cmx35cmx32cm s možností polohování vyšetřované anatomie do isocentra.

Děkujeme“

A. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Zadavatel trvá na splnění minimálních technických podmínek v původním znění. Tj. minimální magnetická indukce 0,35 T. Gradientní systém s aktivním stíněním nejméně 24mT/m a 55T/m/s současně ve všech osách a trvale FOV rozsah min 0,5cm x 0,5 cm x 0,5 cm až 40cmx40cmx40cm s možností polohování vyšetřované anatomie do isocentra. Existuje více výrobců otevřených permanentních magnetů splňujících min. technickou specifikaci požadovanou zadavatelem. Z tohoto důvodu a z důvodů udržení maximální kvality zobrazení a krátkých akvizičních časů v segmentu otevřených permanentních magnetů trvá zadavatel na splnění minimálních technických požadavků, včetně hodnoty minimální indukce magnetického pole, hodnoty gradientů a velikosti FOV.

B. Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávací dokumentace.

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Účastníci, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

V Brně dne 09 -02- 2017



[Handwritten signature]

FVL VFU Brno

zastoupená Prof. MVDr., Aloisem Nečasem , Ph.D., MBA

děkanem FVL VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka, sobotkaj@vfu.cz, tel.: 541 562 057