



Č. j.: VZ 1/2020

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Toto řízení je veřejnou zakázkou na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 1 ZZVZ.

Číslo veřejné zakázky: **VZ 1/2020**

Název veřejné zakázky: **„Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2020“**

Dne 1. 5. 2020 byla doručena v 11:08:52 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Dobrý den,
prosím o doplnění k těmto položkám:
položka 548 - pro jaký průměr zkumavky budou uzávěry určeny?
položka 587- nejedná se o administrativní chybu? Nepožaduje zadavatel parametry 90x15mm místo 90x150mm?“

A. Zadavatel podává následující vysvětlení k dotazu č. 2 otázky 1) „položka 548 - pro jaký průměr zkumavky budou uzávěry určeny?“

Zadavatel uvádí, že pro dotaz „položka 548 - pro jaký průměr zkumavky budou uzávěry určeny?“ Odpovídá následovně: průměr zkumavky 30 mm.

Specifikace u požadované položky se nachází v nově zveřejněné příloze č. 1 ZD nazvané: 1-1-0 Specifikace zboží - Příloha č. 1 ZD Zdravotnický materiál VFU ver. 3.xls, konkrétně ve sloupci „upřesnění specifikace“.

Zadavatel v souvislosti s vydáním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 aktualizuje přílohu č. 1 ZD Specifikaci zboží. Dodavatelé, kteří budou chtít podat nabídku, jsou povinni řídit se informacemi uvedenými v této nově zveřejněné verzi.

B. Zadavatel podává následující vysvětlení k dotazu č. 2 otázky 2) „položka 587- nejedná se o administrativní chybu? Nepožaduje zadavatel parametry 90x15mm místo 90x150mm“

Zadavatel uvádí, že pro dotaz „položka 587- nejedná se o administrativní chybu? Nepožaduje zadavatel parametry 90x15mm místo 90x150mm“ Odpovídá následovně: zadavatel požaduje parametry 90x15 mm.

Specifikace u požadované položky se nachází v nově zveřejněné příloze č. 1 ZD nazvané: 1-1-0 Specifikace zboží - Příloha č. 1 ZD Zdravotnický materiál VFU ver. 3.xls, konkrétně ve sloupci „upřesnění specifikace“, v dokumentu 1-2-1 Specifikace a ceník - Příloha č. 1 RD (část č. 8 VZ) verze 2 a v dokumentu 1-3-0 KALKULACE - Příloha č. 3 ZD - část 8 VZ verze 2.

Zadavatel v souvislosti s vydáním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 aktualizuje přílohu č. 1 ZD Specifikaci zboží, dokument Specifikace a ceník - Příloha č. 1 RD (část č. 8 VZ) a dokument KALKULACE - Příloha č. 3 ZD - část 8 VZ. Dodavatelé, kteří budou chtít podat nabídku, jsou povinni řídit se informacemi uvedenými v této nově zveřejněné verzi. Dodavatelé, kteří budou chtít podat nabídku pro část č. 8, jsou při zpracování dokumentu 1-2-1 Specifikace a ceník - Příloha č. 1 RD (část č. 8 VZ) a dokumentu 1-3-0 KALKULACE - Příloha č. 3 ZD - část 8 VZ povinni použít novou verzi souboru verze 2.

Lhůta pro podání nabídek

V souvislosti s výše uvedenými změnami mění zadavatel termín lhůty pro podání nabídek

Nově je konec lhůty pro podání nabídek stanoven na 29. 5. 2020 v 11:00 hod včetně.

Dotčený čl. 8. 1 ZD a čl. 3 Výzvy nově zní:

Lhůta pro podání nabídek: nabídky lze podávat **do 29. 5. 2020 do 11:00 hod.** (včetně). V tento den a hodinu již musí být všechny nabídky doručeny zadavateli. Nabídky doručené po tomto termínu se v souladu s ust. § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení k nim nebude přihlíženo.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1-1-0 Specifikace zboží - Příloha č. 1 ZD Zdravotnický materiál VFU ver. 3

1-2-1 Specifikace a ceník - Příloha č. 1 RD (část č. 8 VZ) verze 2

1-3-0 KALKULACE - Příloha č. 3 ZD - část 8 VZ verze 2

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají zachovány.

Účastníci, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni vzít svoji nabídku zpět.

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka, sobotkaj@vfu.cz, tel.: 541 562 057

V Brně dne:

.....
VFU Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VFU Brno