



V Brně dne 7.10.2013
Čj. VZ 57/2013

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„AUTOMATICKÝ BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. VZ 57/2013

Na základě jednání hodnotící komise a ve smyslu návrhu hodnotící komise pro veřejnou zakázku **„AUTOMATICKÝ BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR“** zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), **pod zn. VZ 57/2013**

zadavatel rozhodl vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „AUTOMATICKÝ BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR“ uchazeče poř. č. 4:

JK - Trading spol. s r.o., sídlem Praha 5, Za opravnou 5, PSČ 150 00,
IČ: 468 83 690

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v čl. 5.4. Výzvy k podání nabídek podrobnou specifikaci automatického biochemického analyzátoru a minimální technické parametry požadované zadavatelem.

Zadavatel dále v čl. 16.4. Výzvy k podání nabídek (a také v čl. 4.4 zadávací dokumentace) výslovně uvedl, že:

„Technická specifikace uchazečem uvedeného zboží musí splňovat požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem, které jsou stanoveny v této výzvě k podání nabídek.“

Uchazeč poř. č. 4 v rámci své nabídky **nabídl přístroj, který nesplňuje požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem,** které zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek.

Zejména nebyly splněny požadavky:

- Minimálně 10 interferenčních filtrů – uchazeč ve své nabídce nabídl přístroj s 8 filtry
- Nízká spotřeba destilované vody: do 2 l/hod. – uchazeč ve své nabídce nabídl přístroj se spotřebou destilované vody max. 6 /l hod.

Z důvodu **nedodržení zadávacích podmínek** (uchazečem nabízený přístroj **nesplňuje požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem**) stanovených ve Výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci byla nabídka uchazeče poř. č. 4, **JK - Trading spol. s r.o.**, sídlem Praha 5, Za opravnou 5, PSČ 150 00, IČ: 468 83 690, hodnotící komisí vyřazena a zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.


Toto rozhodnutí odpovídá závěru hodnotící komise.

Ve smyslu § 110 odst. 4 ZVZ je uchazeč oprávněn podat námitku proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení do 10 dnů od doručení oznámení o rozhodnutí zadavatele. Ve smyslu § 82 odst. 1 nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

V souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ veřejný zadavatel využívá práva, které si vyhradil ve Výzvě k podání nabídek, tj. že může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele <https://zakazky.vfu.cz/> ; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele <https://zakazky.vfu.cz/> .

Vyřizuje: Ing. Lenka Vystavělová tel.: 541 562 012.




Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
děkan FVHE VFU Brno