



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZVZ“), pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a násl. ZVZ

Název veřejné zakázky: „AUTOMATICKÝ BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR“

Zakázka není rozdělena na části.

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 57/2013

Zadavatel zveřejňuje následující informace, v souladu a dle § 85 odst. 2 ZVZ:

a) Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona:	veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
Právní forma:	veřejná vysoká škola, kód 601
Název zadavatele:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Sídlo zadavatele:	Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, kód obce ZÚJ 551007
IČ:	621 57 124
DIČ:	CZ 621 57 124
Osoba oprávněná jednat:	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor, MBA Mgr. Daniela Němcová, kvestorka Ve věcech veřejných zakázek a ve věcech smluvních oprávněn jednat: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. – děkan FVHE VFU Brno

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka zboží. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí automatický biochemický analyzátor.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smlouva č.	Vybraný uchazeč	Cena v CZK bez DPH	Cena v CZK vč. DPH
Kupní smlouva č. 2110/00001	Bio Vendor – Laboratorní medicína a.s.	590.000,00	713.900,00

b) Druh zadávacího řízení:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 ZVZ.

c) Vybraný uchazeč, odůvodnění výběru, subdodávky:

Identifikační údaje vybraného uchazeče	Obchodní firma	Bydliště/sílo/místo podnikání	IČ
	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	Brno, Tůmová 2265/60, PSČ 616 00	634 71 507
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky	Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle způsobu hodnocení zveřejněného ve Výzvě k podání nabídky. Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je výše nabídkové ceny bez DPH za celý předmět plnění, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka s její nejnížší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídka poř. č. 1 uchazeče, BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Brno, Tůmová 2265/60, PSČ 616 00, IČ: 634 71 507, byla na základě hodnocení dle kritéria nabídkové ceny stanovena jako nejvhodnější nabídka pro tuto veřejnou zakázku. Toto rozhodnutí odpovídá také závěru hodnotící komise.		
Subdodavatelé	Podíl uchazeče na plnění VZ činí 100%. Zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.		

d) Identifikační údaje všech uchazečů s nabídkovou cenou:

nabídka poř.č.	Identifikační údaje uchazeče	Nabídková cena bez DPH (v CZK)
1.	BioVendor - Laboratorní medicína a.s. , Brno, Tůmová 2265/60, PSČ 616 00, IČ: 634 71 507	590 000,00
2.	TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. , Brno - Královo Pole, Křížíkova 188/68, PSČ 612 00, IČ: 479 13 240	595 000,00
3.	GTRADE s.r.o. , Bratislava - Petržalka, Kopčianska 80, PSČ 851 01, Slovenská republika, IČ: 46 265 082	599 000,00
4.	JK - Trading spol. s r.o. , sídlem Praha 5, Za opravnou 5, PSČ 150 00, IČ: 468 83 690	380 000,00

e) Vyloučení uchazeči

Ze zadávacího řízení byla vyřazena nabídka uchazeče poč. č. 4 JK - Trading spol. s r.o., sídlem Praha 5, Za opravnou 5, PSČ 150 00, IČ: 468 83 690. Uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v čl. 5.4. Výzvy k podání nabídek podrobnou specifikaci automatického biochemického analyzátoru a minimální technické parametry požadované zadavatelem. Zadavatel dále v čl. 16.4. Výzvy k podání nabídek (a také v čl. 4.4 zadávací dokumentace) výslovně uvedl, že:

„Technická specifikace uchazečem uvedeného zboží musí splňovat požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem, které jsou stanoveny v této výzvě k podání nabídek.“

Uchazeč poř. č. 4 v rámci své nabídky **nabídl přístroj, který nesplňuje požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem**, které zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek.

Zejména nebyly splněny požadavky:

- Minimálně 10 interferenčních filtrů – uchazeč ve své nabídce nabídl přístroj s 8 filtry
- Nízká spotřeba destilované vody: do 2 l/hod. – uchazeč ve své nabídce nabídl přístroj se spotřebou destilované vody max. 6 l/hod.

Z důvodu **nedodržení zadávacích podmínek** (uchazečem nabízený přístroj **nesplňuje požadavky na podrobnou specifikaci zboží a minimální technické parametry požadované zadavatelem**) stanovených ve Výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci byla nabídka uchazeče poř. č. 4, JK - Trading spol. s r.o., sídlem Praha 5, Za opravnou 5, PSČ 150 00, IČ: 468 83 690, hodnotící komisí vyřazena a zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou:

g) Soutěžní dialog/JŘSU/JŘBU:

h) Důvod zrušení zadávacího řízení:

V Brně dne 6. 11. 2013

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
děkan FVHE VFU Brno

