



Mettler - Toledo, s.r.o.
Praha 10, Třebohostická 2283/2

Čj. VZ 34/2015

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

o vyloučení uchazeče p.č. 1 z další účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku „CEITEC - Analytické váhy s příslušenstvím“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. VZ 34/2015

zadavatel rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „CEITEC - Analytické váhy s příslušenstvím“ uchazeče poř. č. 1:

Mettler - Toledo, s.r.o.
Praha 10, Třebohostická 2283/2, IČ: 60463031

Odůvodnění:

Hodnotící komise požadovala od uchazeče p.č. 1 v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „ZVZ“) níže uvedené písemné vysvětlení nabídky .

V souladu s § 76 odst. 3 ZVZ hodnotící komise žádala o následující písemné vysvětlení nabídky:

a) V dokumentu „Technické podmínky“, který tvoří jako nedílnou součást přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, byl uveden následující požadavek:

- Váživost (maximální zatížení) je min. 100g s rozlišením na 0,01mg a min. 200g s rozlišením na 0,1mg.

V čl. 2.4. smluvního vzoru kupní smlouvy č. 9770/00059 uvedl uchazeč p.č. 1 níže uvedené výrobní označení analytické váhy – tj. dílčího plnění č. 1:

<i>Dílčí plnění č.</i>	<i>Název</i>	<i>Typové/výrobní označení zboží</i>	<i>Počet ks</i>
1.	Analytické váhy	MS205DU	1

Uchazeč jako přílohu smlouvy č. 9770/00059 přiložil „Technické podmínky“, ve kterých uchazeč deklaroval splnění níže uvedených podmínek:

- Váživost (maximální zatížení) je min. 100g s rozlišením na 0,01mg a min. 200g s rozlišením na 0,1mg.

V technických listech, které uchazeč přiložil jako fakultativní část nabídky, je však u výše uvedeného výrobního označení dílčího plnění č. 1 uveden následující údaj:

- Váživost: 220g/ 82g
- Odečitelnost: 0,01mg/ 0,1mg

Hodnotící komise tak žádala o následující písemné vysvětlení nabídky:

Z nabídky uchazeče p.č.1 není zřejmé, zda nabízené dílčí plnění č. 1 splňuje požadavek zadavatele na váživost.

Hodnotící komise tak žádala o vysvětlení rozporu mezi váživostí deklarovanou v Technických podmínkách a v Technických listech.

Hodnotící komise tak žádala uchazeče, aby podal písemné vysvětlení nabídky, z něhož bude jednoznačně zřejmé, zda dílčí plnění č. 1 splňuje níže uvedené technické požadavky:

- Váživost (maximální zatížení) je min. 100g s rozlišením na 0,01mg a min. 200g s rozlišením na 0,1mg.

Lhůta pro doručení písemného vysvětlení nabídky uchazečem byla stanovena na 3 pracovní dny ode dne doručení této žádosti uchazeči. Uchazeč byl oprávněn doručit písemné vysvětlení nabídky prostřednictvím odpovědi v rámci individuální komunikace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podepsané platným zaručeným elektronickým podpisem uchazeče nebo zadavatel akceptoval i doručení naskenovaného písemného vysvětlení nabídky elektronickou poštou na adresu forejtkovas@vfu.cz v této lhůtě, s následným doručením originálů v listinné formě i po stanovené lhůtě (nejdéle však do 7 pracovních dní od doručení této žádosti uchazeči).

V případě, že uchazeč nedoručil požadované písemné vysvětlení nabídky v této lhůtě, bude nabídka uchazeče vyřazena z účasti na této veřejné zakázce.

Lhůta však mohla být na žádost uchazeče hodnotící komisí prodloužena, nebo mohlo být zmeškání lhůty prominuto.

Závěr:

Uchazeč p.č.1 ve stanovené lhůtě nedoručil požadované písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč p.č. 1 ve stanovené lhůtě dále nedoručil žádost o prodloužení lhůty ani žádost o prominutí zmeškání lhůty.

V souladu s § 76 odst. 3 ZVZ hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve stanovené lhůtě. Zadavatel tak na návrh hodnotící komise rozhodl o vyloučení uchazeče p.č. 1 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**CEITEC - Analytické váhy s příslušenstvím**“

Toto rozhodnutí odpovídá závěru hodnotící komise.

Poučení uchazeče:

Dle § 110 odst. 4 ZVZ je uchazeč oprávněn podat námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Veřejný zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ vyhradil právo, že může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele <https://zakazky.vfu.cz/>; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele <https://zakazky.vfu.cz/>.

V Brně, dne: 11 -09- 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

Vyřizuje: Mgr. Sabina Forejtková, forejtkovas@vfu.cz, tel.: 541 562 013